

**Digitāla stacionārā rentgena iekārtas piegāde un uzstādīšana
SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām
Iepirkuma pretendentiem**

Jautājumi, atbildes un skaidrojumi

21.02.2018.

1.jautājums

Konkursa tehniskās specifikācijas 5.punkta “Iekārtas vadības pulsts” 5.3. apakšpunkta prasību izmaiņu ierosinājums:

Sākotnējā redakcija:

5.3. Attēlu atmiņa ne mazāka kā 5000 attēli

Jaunā redakcija:

5.3. Attēlu atmiņa ne mazāka kā 4000 attēli

Atbilde

Tehniskās specifikācijas 5.3.punkts tiek precizēts, nosakot ka attēlu atmiņa ne mazāka kā 4000 attēli

2.jautājums

Konkursa tehniskās specifikācijas 5.punkta “Iekārtas vadības pulsts” 5.5. apakšpunkta prasību izmaiņu ierosinājums:

Sākotnējā redakcija:

5.3. LCD skārienjūtīgs monitors iekārtas vadībai un attēlu pirmapstrādei ne mazāk kā 23 collas

Jaunā redakcija:

5.3. LCD skārienjūtīgs monitors iekārtas vadībai un attēlu pirmapstrādei ne mazāk kā 19 collas

Atbilde

Tehniskās specifikācijas 5.5.punkts tiek precizēts, nosakot ka LCD skārienjūtīgs monitors iekārtas vadībai un attēlu pirmapstrādei ne mazāk kā 19 collas