

**ZIŅOJUMS**  
*Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 40.pantu*

2017.gada \_\_.oktobrī

<b>Nr.</b>	<b>Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese</b>	<b>SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, (Reģ.Nr. 42103041306), Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV-3401.</b>	
<b>1.</b>	Iepirkuma identifikācijas Nr.	<b>LRS 2017/15</b>	
<b>2.</b>	Iepirkuma procedūras veids	Sarunu procedūra	
<b>3.</b>	Iepirkuma priekšmets	<b>Operāciju galdu sistēmu MAQUET piederumu piegāde SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām</b>	
<b>4.</b>	Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā	<b>13.07.2017.</b>	
<b>5.</b>	Iepirkuma komisijas sastāvs, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti	Amats	Vārds, uzvārds
		Valdes loceklis	Andris Vistiņš
		Valdes locekle	Liene Busele
		Opeāciju bloka virsmāsa	Solvita Virga
		ārsts traumatologs - ortopēds	Uldis Ārgalis
	Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums	Lietvedības biroja vadītāja	Linda Saltone
		24.08.2017. Valdes lēmums Nr.51	
<b>6.</b>	Piedāvājuma izvēles kritērijs	Sarunu procedūra	
	Vērtēšanas kritēriji (saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam)	nav	
<b>7.</b>	Piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojuma termiņā saīsinājums (tai skaitā steidzamai), ja tāds noteikts	02.10.2017. plkst. 11:00	
<b>8.</b>	Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā cena, EUR bez PVN
		SIA Segaway	15308.00
<b>9.</b>	Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta	Slimnīcas iela 25, Liepāja, 240.kab.	
	Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas datums	<b>02.10.2017.</b>	
	Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas laiks	plkst. 11:00	
<b>10.</b>	Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt vispārīgo vienošanos un līgumus vispārīgās vienošanās ietvaros, līgumcena	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā cena, EUR bez PVN
		SIA Segaway	15308.00
<b>11.</b>	Piedāvājuma izvērtēšanas kopsavilkums piedāvājuma izvēles pamatojums	Pretendents piedāvājumi atbilst visām atlases un kvalifikācija prasībām, tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām	
<b>12.</b>	Apakšuzņēmēji	Nosaukums	Daļu apjoms
		nav	
<b>13.</b>	Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem un pamatojums lēmumam par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem	nav	

14	<p>Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai, ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs</p>	<p>Sarunu procedūras pamatojums</p> <p>SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" īpašumā ir ražotāja MAQUET operāciju galdu sistēmas (iegādātas 2014.gadā no SIA "Segaway"). Operāciju galda sistēmu veido iekārta – oprāciju galds, piederumi un papildaprīkojums. Ierobežoto pieejamo finanšu līdzekļu dēļ, sākotnēji tika iegādāta standarta operāciju galdu komplektācija un modifikācija bez papildus specifiskiem piederumiem.</p> <p>Nemot vērā pieaugušo traumatoloģisko un ginekoloģisko operāciju skaitu, t.sk. nepieciešams iegādāties operāciju galdu sistēmas piederumus - muguras plāksne plecu operācijām, ratiņi muguras plāksnei, galvas balsts, ceļu pozicionēšanas ierīce, utml., kuri savā starpā ir savietojami. Lai uzlaboto operāciju veicēju darba vides apstākļus un sekmētu operāciju kvalitāti, nepieciešams iegādāties jaunus operāciju galdu sistēmas piederumus.</p> <p>Pašlaik SIA "Segaway" ir vienīgais autorizētais izplatītājs un importētājs ražotāja MAQUET produktiem Latvijā. SIA "Segaway" ir iesniegusi MAQUET pilnvarojumu par SIA "Segaway" tiesībām izplatīt Latvijā MAQUET produktus.</p> <p>Nemot vērā, ka SIA "Liepājas reģionālajai slimnīcai" ir nepieciešams papildināt īpašuma esošo Operāciju galdu sistēmu instrumentu klāstu, kā arī to, ka piederumi ir savietojami ar ražotāja MAQUET oprāciju galdu sistēmu un, ka ražotāja MAQUET ir pilnvarojis SIA "Segaway" kā ekskluzīvo pārstāvi Latvijā izplatīt sistēmas piederumus un nodrošināt apkalpošanas servisu, SIA "Segaway" ir vienīgais piegādātājs, ar kuru SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" var noslēgt līgumu par Operāciju galdu sistēmu piederumu iegādi.</p> <p>Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta (7) daļu, kas nosaka, ka Sarunu procedūru pasūtītājs ir tiesīgs piemērot, ja [...] 5) Pasūtītājam nepieciešamas papildu piegādes no sākotnējā preču piegādātāja (ražotāja), lai papildinātu vai daļēji nomainītu tā rīcībā jau esošās preces vai iekārtas, jo, izvēloties citu preču piegādātāju (ražotāju), pasūtītājam vajadzētu iepirkt preces, kas pēc saviem tehniskajiem parametriem atšķirtos no tā rīcībā jau esošajām precēm, un šāda atšķirība radītu nesaderību vai ievērojamas tehniskās grūtības preču vai iekārtu uzturēšanā un ekspluatācijā; un 9.panta (21) daļu, kur noteikts, ka Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta sestās un astotās daļas noteikumus, ja iepirkums atbilst šā likuma 8.panta septītās un astotās daļas nosacījumiem, t.i. nepublicēt Publikāciju vadības sistēmā paziņojumu par plānoto līgumu un nepiemērot izslēgšanas nosacījumus, ja piemēro Sarunu procedūru. Slimnīca vai Sarunu procedūru Operāciju galdu sistēmu piederumu iegādi.</p> <p>Pretendentiem izvirzītās prasības 1. – 6.punktā satur vispārējas aprakstošas prasības, kas nenosaka kādas specifiskas prasības pretendentiem un nesašaurina potenciālo pretendentu loku.</p> <p>7.punktā ietvertā prasība apliecināt pieredzi attiecīgas iepirkuma priekšmetā noteikto preču piegādē noteikta maksimāli zema un atbilst tām prasībām, ko parasti iekļauj iepirkuma dokumentācijā Publisko iepirkumu likuma izpratnē, tādējādi šis noteikums minimāli ierobežo potenciālos pretendentes un samērīgs pret pretendentiem.</p> <p>9.punktā noteiktā prasība ietverta ar mērķi, lai Pasūtītājs būtu pārliecināts ka piegādātāja prece atbildīs Eiropas Savienības (ES) drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām, kā arī normatīvo aktu prasībām par medicīnas ierīcēm.</p> <p>Nemot vērā augstāk minēto, Pasūtītājs uzskata, ka konkursa nolikumā ir iekļautas tādas prasības, kuras ir salīdzināmās kategorijās ar veicamo piegādi gan pēc apjoma, gan pēc specifikas.Iepirkuma dokumentācijā noteiktās prasības pretendentiem noteiktas objektīvas un samērīgas ar iepirkuma priekšmetu, nav saistītas ar pretendenta kvalifikāciju, bet gan ar medicīnisko ierīču specifiku.</p> <p>Ieinteresēto personu iesniegumi, jautājumi par iepirkuma dokumentāciju, izvirzītajām atlases prasībām nav saņemti.</p>
15	<p>Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru</p>	<p>nav</p>
16	<p>Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu</p>	<p>nav</p>
17	<p>Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikto to novēršanai</p>	<p>nav</p>