

Endoprotēžu un implantu iegāde SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" vajadzībām, id.Nr.LRS 2017/10**Tehniskā specifikācija - Tehniskais un finanšu piedāvājums****Pretendents** _____**Iepirkuma daļa Nr 18. Kaulu cements lielo locītavu endoprotezēšanai ar gentamicīnu**

Nr.	Preces nosaukums	Prasības	Sakaits 3 gadiem	Preču ražotāja kods (ja precei vairāki izmēri, norāda attiecīgo izmēru un tam atbilstošo kodu)	Pretendenta piedāvājums/atbilstība	Kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr., kurā fiksētas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības	Cena par vienību EUR bez PVN	Summa kopā EUR bez PVN
1	Kaulu cements ar gentamicīnu (20 g)	Kopējās prasības: augstas viskozitātes kaulu cements uz polimetilmetakrilāta bāzes, kas paredzēts kaulu locītavu endoprotezēšanas operācijām, ir rentgenoloģiski vizualizējams, satur kontrasta vielu - cirkonija dioksīdu, stabilizators - hidrohinons, sterilizācijas metode - etilēna oksīds, darba fāzes ilgums ne mazāks kā 7 minūtes 15 sekundes, sākot no vienas minūtes, pie 23o C, Kaulu cements satur gentamicīnu ne mazāk kā 0.5gramus (iepakojums 20 g).	1800	B				
2	Kaulu cements ar gentamicīnu (40 g)	Kopējās prasības: augstas viskozitātes kaulu cements uz polimetilmetakrilāta bāzes, kas paredzēts kaulu locītavu endoprotezēšanas operācijām, ir rentgenoloģiski vizualizējams, satur kontrasta vielu - cirkonija dioksīdu, stabilizators - hidrohinons, sterilizācijas metode - etilēna oksīds, darba fāzes ilgums ne mazāks kā 7 minūtes 15 sekundes, sākot no vienas minūtes, pie 23o C, Kaulu cements satur gentamicīnu ne mazāk kā 1.0 gramu gentamicīna (iepakojums 40 g).	20					
Kopā								
PVN								
Kopā ar PVN								

Paraksttiesīgās personas
Amats
Vārds, uzvārds