

Endoprotēžu un implantu iegāde SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" vajadzībām, id.Nr.LRS 2017/10

Tehniskā specifikācija - Tehniskais un finanšu piedāvājums

Pretendents _____

Iepirkuma daļa Nr.4. Gūžas cementējama locītavas endoprotēze ar "crosslicked" polietilēna acetabulāro komponentu

Nr.	Preces nosaukums	Prasības		Skaitis 3 gadiem	Preču razotāja kods (ja precei vairāki izmēri, norāda attiecīgo izmēru un tam atbilstošo kodu)	Pretendenta piedāvājums/atbilstība	Kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr., kurā fiksētas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības	Cena par vienību EUR bez PVN	Summa kopā EUR bez PVN
1	Femorālais komponents	Forma	pulēta dubultkonusa forma	150					
		Materiāls	Nerūsējoša tērauda sakausējums, augsti pulēta implanta virsmas apstrāde, kas mazina implanta un cementa berzes risku						
		Fiksācija	pulēta dubultkonusa forma radiālai kompresīvai protēzes fiksēšanai cementā. Implantu iespējams fiksēt kopā ar distālo PMMA centralizatoru, kam jābūt piedāvātam komplektā ar implantu						
		Detalizēts apraksts	pulēta dubultkonusa forma, bez-apkalkes, ar ne mazāk kā 3 references atzīmēm uz implanta un raspiem atvieglojot garuma piemērošanu operācijas laikā; ne mazāk kā 26 izmēri, garumos no 95-260mm; pieejami ne mazāk kā 6 ofseti: 30, 33, 35,5, 37,5, 44, 50mm; Konuss 11/13						
2	Endoprotēzes galviņa	Materiāls	kobalta hroms	150					
		Detalizēts apraksts	Kakliņa konuss 11/13 mm. Kakliņa garumi pieejami ne mazāk kā 5 izmēros. Ārējie diametri - 28, 32, 36, 40mm. Pēc izmēra un formas ir precīza atbilstība piedāvātā femorālā komponenta kakliņa konusam komponenta fiksācijai						
3	Acetabulārais komponents	Forma	Apaļš komponents ar nelielu ārmalas "atlociņu" un 4 "podziņām" uz ārējās virsmas, kas nodrošina labāku un precīzāku fiksāciju kaulu cementā	150					
		Materiāls	augstmolekulārs crosslinked polietilēns ar iestrādātu stiepli komponenta horizontālā un vertikālā plaknē uzskatāmākai pozīcijas kontrolei rentgenā						
		Fiksācija	Fiksējas iegurņa kaulā ar kaula cementa palīdzību, izveidojot atbilstoša izmēra bedrītes ar frēzēm						
		Detalizēts apraksts	Ārējais diametrs no 40 - 60mm, ar soli - 2mm. Iekšējais diametrs no 22 - 40mm, iekļaujot 28, 32, 36, 40mm izmērus. Minimālais ārējais diametrs komponentam ar iekšējo diametru 32mm - 48mm. Minimālais ārējais diametrs komponentam ar iekšējo diametru 36mm - 52mm. Pieejami klīniskie dati par protēzes izmantošanu - ne mazāk kā 15 gadi						

	KOPĀ EUR bez PVN	
	PVN 12 %	
	KOPĀ EUR ar PVN	

Preču cenā iekļauta preces piegāde, nepieciešamais instrumentārijs un tā remonts. Garantijas laiks instrumentiem - 36 mēneši kopš tās nodošanas ekspluatācijā (pieņemšanas – nodošanas).
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Paraksttiesīgās personas
Amats
Vārds, uzvārds
Paraksts