

Nr.	Medicīnas aprīkojuma apkopes darbu uzskaitījums	Reizes gadā	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JŪN	JŪL	AUG	SEP	OKT
8.6.	GĀZU KONTROLES UN TRAUKSMES PANELIS 3 GĀZĒM (telpa 258) - 1 gab	2												
8.7.	GĀZU KONTROLES UN TRAUKSMES PANELIS 6 GĀZĒM (telpa 217) - 1 gab	2												
8.8.	Gāzu kontroles un trauksmes panelis 3 gazem Gregersen Ventus (telpa 2-107) - 1 gab	2												
8.9	Gāzu kontroles un trauksmes panelis 3 gazem Gregersen Ventus (telpa 2-244) - 1gab	2												
8.10.	Zemgrīdas modulis TMT (telpa 103) - 7 gab	2												
9	Māsu izsaukumu sistēma MIS sistēmas apkopes un tehniskais atbalsts sevi iekļauj: - Nepieciešamo speciālistu pieejamību 24 stundas diennaktī; - Garantēto reakcijas laiku – ne vēlāk kā 30 minūtes darba laikā un 1(vienas) stundu laikā ārpus darba laika no pieteikuma reģistrācijas; - Iekārtu attālinātu diagnostiku; - Bojātās iekārtas remontu vai nomaiņu Pasūtītāja telpās 2 (divu) stundu laikā no brīža, kad konstatēts iekārtas bojājums. - Programmatūras labojumu un atjauninājumu piegādi un uzstādīšanu; - Nepieciešamo konsultāciju sniegšanu klientam, saistībā ar iekārtu ekspluatāciju un konfigurēšanu; - Komunikācijas nodrošināšanu ar ražotāju, risinot ar Pasūtītāja iekārtām saistītās problēmas	365												
9.1.	Māsu izsaukumu sistēmas tīkls DS	12												
9.2.	Māsu izsaukumu sistēmas tīkls ITN	12												
9.3.	Māsu izsaukumu sistēmas tīkls PAC	12												
9.4.	Māsu izsaukumu sistēmas tīkls 3.kārta	12												
9.5.	Māsu izsaukumu sistēmas tīkls 4.kārta 3st.	12												
9.6.	Māsu izsaukumu sistēmas tīkls 4.kārta 4st.	12												
9.7.	Māsu izsaukumu sistēmas tīkls 4.kārta 5st.	12												
9.8.	Māsu izsaukumu sistēmas tīkls 4.kārta 6st.	12												
9.9.	Māsu izsaukumu sistēmas tīkls 4.kārta 7st.	12												
9.10.	Māsu izsaukumu sistēmas tīkls 4.kārta 8st.	12												
9.11.	Māsu izsaukumu sistēmas tīkls 4.kārta 9st.	12												
9.12.	Māsu izsaukumu sistēmas tīkls 4.kārta 10st.	12												
9.13.	Māsu izsaukumu sistēmas tīkls 4.kārta 11st.	12												
9.14.	Māsu izsaukumu sistēmas tīkls 4.kārta 12st.	12												

Apliecinu, ka tiks nodrošināti šādi noteikumi Izpildītājam:

- Izpildītājam jāveic visu sistēmu apkalpošana un esošā stāvokļa ikmēneša fiksācija ar aktu, ko paraksta abas līguma slēdzēju puses.
- Izpildītāja pienākumos ietilpst iekārtu, palīgierīču vai to daļu remonts vai nomaiņa attiecīgajā sistēmā, kā arī marķējumu nomaiņa un verifikācija. Atbilstoši veiktajām izmaiņām ēkas sistēmās arī ekspluatācijas dokumentācijā jāveic attiecīgas izmaiņas, saskaņojot tās ar konkrētās sistēmas projekta autoru.
- Tā rīcībā jābūt visu minēto sistēmu nepārtrauktas darbības un pašreizējā reglamenta nodrošināšanai nepieciešamajiem materiālajiem resursiem, kā arī atbilstošiem kvalificētiem speciālistiem.
- Avāriju vai citu draudošu vai iespējami bīstamu situāciju gadījumos, pēc slimnīcas atbildīgā darbinieka izsaukuma Izpildītājam jānodrošina speciālists (kopā ar nepieciešamiem materiāliem resursiem) nekavējoši ierašanās objektā Liepājā, slimnīcas ielā 25 un saskaņā ar (p.2.8.) jāveic tūlītēja avārijas seku vai draudošu situāciju novēršana un sistēmu nepārtrauktas un drošas darbības atjaunošana.
- Izpildītājam jānodrošina nepārtraukts diennakts kontakts: piedāvājumā jānorāda vismaz 2 atbildīgu pilnvarotu amatpersonu vārdi, uzvārdi, darba un mobilo tālrunu numuri un sekretāres/a vārds, uzvārds, darba tālruna, mobilā tālruna un faksa numurs.
- Izpildītājam par katras sistēmas darbības kontroli jānorīko sertificēti atbildīgie speciālisti, piedāvājumā norādot, viņu vārdus, uzvārdus, darba un mobilo tālrunu numurus un saraksta veidā jāpievieno kā tā pielikums.
- Izpildītājam jāreaģē un jāveic nepieciešamie darbi avārijas vai citu negadījumu likvidācijai sekojošos, laika termiņos no izsaukuma saņemšanas brīža: Darba laikā (darba dienās no 8:00-17:00) – 30 minūšu laikā, ārpus darba laika – 60 minūšu
- Izpildītāja speciālistiem avārijas situācijā pēc atbildīgo darbinieku lūguma (rakstiska, telefoniska vai mutiska) jāierodas, bez papildus atbildības, apkalpojamajā objektā Liepājā, slimnīcas ielā 25
- Izpildītājam ir jāiekārto un jāuztur nepieciešamie sistēmu apkopi reģistrācijas žurnāli saskaņā ar LR esošo likumdošanu, vai kurus pieprasa pasūtītājs.
- Visu nepieciešamo nomaināmo detaļu, rezerves daļu un/ vai mezglu rezervi nodrošina Izpildītājs.
- Uzskaites iekārtu un mērinstrumentu verificēšanas veikšanu, kā arī visu sistēmu apkopi un remontu nodrošina Izpildītājs.
- Viss minētais profilaktiskās apkopes materiāls un visas līguma darbības laikā nepieciešamās rezerves daļas sistēmu nepārtrauktas funkcionēšanas nodrošināšanai ir iekļautas kopējā piedāvājuma cenā.